T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

21.10.2026

Sayı:
Konu: PATNOS ADSM DİŞ POLİKLİNİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 1 KALEM BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMESİ ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.10.2026 Saat 09:00 'a kadar PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Satın Alma Biriminin https://ekap.kik.gov.tr/ EKAP adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ŞALOMA / MEŞALE / TORCH / ÇAKMAK EL TİPİ			60	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2026
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:
•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul **edilmeyecektir.**
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

ŞALOME/MEŞALE/TORCH/ ÇAKMAK EL TİPİ

1. Hafif Tasarım
2. Kullanımı kolay
3. Ayarlanabilir Alev Kontrolü
4. Doldurulabilir Bütan Gaz
5. On/Off Anahtarı
6. Kilitleme Anahtarı
7. Yüksek basınçlı enjeksiyon teknolojisi
8. Alevi ayarlanabilir, kendinden kilitleme anahtarı
9. Teknik Özellikleri:
10. En yüksek sıcaklık 1,300° C'ye kadar
11. iç hava basıncı: 0.35 +/-0.05MPa
12. Cift sigorta anahtarı tasarımı
13. Yanma süresi: 20-40 dakika (devamlı)
14. Alev (ortasında mavi alev) 20 mm-65 mm içinde ayarlanabilir
15. Maksimum dış alev serpme aralığı 200 mm
16. Yüksek sıcaklığa dayanıklı seramik kılıf
17. Üts kaydı olmalıdır.
18. Uzun süreli kullanıma uygun kaliteli ürün olmalıdır.

PATNOS ADSM
Dt.Abdullah Samet KUŞ
Dip.Tes.No:68329

PATNOS ADSM
Dt. Ecz. Nur GÜRDOĞDU
Dip. Tes. No:78439

Patnos ADSM
Dt. Serdar Adar YAMAN
Dip. Tes. No:65541