T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ağrı Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi

Sayı : E-68917221-949-333121163 21.10.2026
Konu : Teklife Davet

İLGİLİ FİRMALARA

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **ÇAMAŞIRHANE CİHAZLARI İÇİN 6 KALEM MALZEME ALIM İŞİ** 4734 sayılı ihale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **27.10.2026** tarih ve saat 10.00'a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim.

Bülent ÖZCAN
İdari Mali İşler Müdürü

S.N	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	**TOLON 60 KG KAPAK AMORTİSÖR**	**ADET**	**8**		
2	**TOLON YASSI TİPİ 4 KW REZİSTANS**	**ADET**	**6**		
3	**ÖNDER MAKİNA YASSI REZİSTANS BÜYÜK BOY**	**ADET**	**6**		
4	**TOLON 60 KG RULMAN TAKIMI**	**ADET**	**2**		
5	**ÖNDER 20 KG MAKİNA KURUTMA REDÜKTÖR TAKIM (KOMPLE)**	**ADET**	**1**		
6	**100 AMPER TRİFAZE GRUP SİGORTA**	**ADET**	**2**		
				GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):	

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

UYGUNDUR
Op. Dr. METEHAN ŞİMŞEK
Başhekim

NOTLAR

1. Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firma kaşesi, yetkili imzası, Vergi No veya TC Kimlik Numarası olmak zorundadır.
2. Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Sipariş sonrası gönderilen malzemenin numune ile uyuşmaması durumunda sipariş iptal edilmiş sayılacaktır.
3. Teklif edilen malzemenin TİTUBB/ÜTS kaydı ve onaylanmış ürün UBB narkod numarası olması gerekmektedir.
4. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
6. Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
7. Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
8. Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Teknik Şartname ektedir. Teknik Şartnameyi kabul edildiğine dair imza kaşe yapıp teklifle birlikte gönderilmelidir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Kısmi tekliflere kapalıdır.

Adres: Ağrı yolu üzeri 5.km Doğubayazıt/AĞRI Telefon:0472 312 60 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge doğrulama kodu: AF594B9F-228F-4C8C-AE8E-D4704E3E9E96 Belge doğrulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi Ağrı Çevre Yolu Üzeri 5.Km
Doğubayazıt / AĞRI 04400
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447
e-Posta: İnternet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr
Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01.kep.tr

Bilgi için: Özlem DOĞAN
Sağlık Teknikeri
Telefon No:

TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOLON YASSI TİPİ 4 KW REZİSTANS (ISI ELEMANI)

Rezistanslar yassı tipi yapıda olacaktır.

Endüstriyel kurutma makinelerinde kullanıma uygun olacaktır.

Sürekli çalışmaya dayanıklı ve yüksek sıcaklık performansına sahip olacaktır.

Paslanmaz çelik (AISI 304 veya AISI 316) olacaktır.

Nikel-Krom alaşım (NiCr) olacaktır.

Yüksek saflıkta magnezyum oksit (MgO) olacaktır.

Yüksek sıcaklığa dayanıklı, seramik izolatörlü olacaktır.

Çalışma gerilimi: 220V / 380V (projeye göre)

Güç: Makine kapasitesine uygun (genellikle 4 kW – 12 kW arası)

İzolasyon direnci: Minimum 1 MΩ (500V DC ile ölçülecek)

Kaçak akım: Standartlara uygun olacaktır.

Topraklama bağlantısı bulunacaktır.

Orijinal ekipman ile uyumlu veya eşdeğer teknik özellikte olacaktır.

Flanşlı veya plakalı montaj tipine uygun olacaktır.

Ölçüler mevcut makineye birebir uyumlu olacaktır.

ÖNDER ÇAMAŞIR MAKİNESİ (20 KG) ELEKTRİKLİ REZİSTANS (ISI ELEMANI)

Rezistans su ısıtma amaçlı daldırma tip (immersion heater) olacaktır.

Endüstriyel kullanıma uygun, sürekli çalışmaya dayanıklı olacaktır.

Orijinal ekipman ile uyumlu veya eşdeğer özellikte olacaktır.

Kireçlenmeye ve korozyona dayanıklı olacaktır.

Dış kılıf:Paslanmaz çelik (AISI 304 / AISI 316)

İç rezistif tel:Nikel-Krom alaşım (NiCr)

Dolgu malzemesi:Yüksek saflıkta magnezyum oksit (MgO)

Flanş:Paslanmaz çelik veya pirinç

Conta:Yüksek sıcaklığa dayanıklı (EPDM / silikon)

Çalışma gerilimi:220V / 380V (makineye uygun)

Güç:3 kW – 9 kW (makine kapasitesine uygun)

Maksimum çalışma sıcaklığı:90°C – 100°C

İzolasyon direnci:Minimum 1 MΩ (500V DC)

Rezistans şekli:U tipi veya düz tip (makine tasarımına göre)

Boyutlar:Kazan hacmine uygun olacaktır.

Flanş ölçüleri mevcut sisteme birebir uyumlu olacaktır.

100 A TRİFAZE GRUP SİGORTA

Sigorta 3 kutuplu (trifaze) olacaktır.

Nominal akım değeri 100 A olacaktır.

Endüstriyel kullanıma uygun olacaktır.

DIN rayına montaj yapılabilir tip olacaktır.

Kompakt ve modüler yapıda olacaktır.

Anma gerilimi:400 V AC

Frekans:50 Hz

Kesme kapasitesi:Minimum 10 kA (tercihen 15 kA veya üzeri)

Karakteristik eğri:C tipi (genel kullanım)

Gerektiğinde D tipi (motor yükleri için)

Koruma sınıfı:IP20 (pano içinde kullanım)

Mekanik ömür:Minimum 10.000 açma-kapama

Elektriksel ömür:Minimum 4.000 açma-kapama

Aşağıdaki markalar veya eşdeğeri kabul edilecektir:

- Siemens
- Schneider Electric
- ABB
- Legrand

ÖNDER MAKİNA KURUTMA SİSTEMİ REDÜKTÖRÜ KOMPLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ESASLAR VE KAPSAM

İşin Konusu: Mevcut tesisimizde faaliyette bulunan Önder Makina marka kurutma makinesinin tahrik sisteminde kullanılmak üzere, mevcut mekanik yapıya, devir oranına ve bağlantı ölçülerine tam uyumlu (replike / birebir eşdeğer) komple redüktör temini işidir.
Uyumluluk Şartı: Tedarik edilecek redüktör; mevcut makinenin şase bağlantılarına, tahrik miline, motor flanşına ve devir/tork değerlerine tam uyumlu olacak; herhangi bir tadilata (delik delme, şase modifikasyonu, mil rektifiyesi vb.) gerek kalmaksızın doğrudan monte edilecektir. İstekli firma, gerekirse mevcut redüktörün ölçü ve etiket bilgilerini teyit etmekle yükümlüdür.
Redüktör Tipi: Kurutma tamburunun dönme hızı ve yük şartlarına uygun olarak ağır hizmet (heavy-duty) tipinde olacaktır.
Tahvil Oranı (Çevrim Oranı - i): Mevcut Önder Makina kurutma sisteminin tambur devrini ve çıkış hızını birebir sağlayacak şekilde, mevcut redüktörün tahvil oranına tam uygun olacaktır.
Giriş ve Çıkış Mili Ölçüleri:Giriş mili (motor bağlantı tarafı) ve çıkış mili (tambur/pinyon dişli bağlantı tarafı) çapları, kama kanalları ve boyları mevcut sistemle milimetrik olarak aynı olacaktır.
Gövde Malzemesi: Yüksek mukavemetli pik döküm (GG 25/GGG 40) veya çelik konstrüksiyon gövdeye sahip olacak, titreşim ve darbeli yüklere karşı yüksek direnç gösterecektir.
Dişli Kalitesi: Dişliler ısıl işlem görmüş, sementasyon çeliğinden imal edilmiş, taşlanmış ve sessiz çalışmaya uygun olacaktır.
Rulman ve Sızdırmazlık: Ağır çalışma şartlarına (toz, sıcaklık ve yüksek radyal/eksenel yükler) dayanıklı, dünya standartlarında yüksek kaliteli rulmanlar ve yağ sızdırmazlığı için uygun keçeler kullanılacaktır.
Fiziksel Boyut Uyumluluğu: Redüktörün ayak / flanş civata bağlantı delik merkezleri (konsol ölçüleri), mevcut Önder Makina şasesindeki bağlantı yuvaları ile birebir uyumlu olacaktır.

Doğrudan Değiştime (Plug & Play): Ekipman sökülüp takılırken mekanik aksamda kesme, kaynak yapma veya ek adaptör plakası kullanma ihtiyacı ortadan kaldırılmış olacaktır.

TESLİM SÜRESİ VE YERLERİ

1.Sipariş mektubu firmaya iletildikten sonra malzemelerin 1 hafta içinde teslim edilmesi gerekmektedir.

2.Ürünlerin teslim yeri Doğubayazıt Devlet Hastanesi teknik birim deposudur.

3.Yükleme, boşaltma ve nakliye yüklenici firmaya ait olduğu gibi bu işlemler esnasında doğabilecek her türlü hasar ve kırılmalardan yüklenici firma sorumludur.

4.Malzemeler şartnameye uygun nitelik ve özelliklerde olmadığı takdirde kabul edilmeyecektir.

5.Cihazlara uymayan parçalar kabul edilmeyecektir. Tekrardan geri gönderilip değişim talep edilecektir.

6.Teklif verilmeden önce mutlaka teknik birimle malzeme hakkında bilgi istenmesi gerekir.

7.Hastanemizde mevcut kullanılan makineler şunlardır:

Tolon ve Önder markalı cihazlar

İDRİS BOZBOĞA
ELEKRTİK TEK.