T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

22.10.2026

Sayı: 1001
Konu: HEMODİYALİZ BİRİMİ İÇİN 32 ADET ENDOTOKSİN TUTUCU FİLTRE ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.10.2026 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda.Gereğini rica ederim.

Cemal AKTAŞ
İdari Ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOTOKSİN TUTUCU FİLTRE			32	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2026
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:
•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GAMBRO CİHAZLARA UYUMLU U9000 ENDOTOKSİN TUTUCU FİLTRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürünün CE Belgesi olmalıdır.
2. Teklif edilecek ürünün endotoksin tutma özelliğine sahip olmalıdır.
3. Gambro marka Ak 200 Ultra S model ve Gambro marka Ak 98 ve 96 cihazlara uygun olmalıdır.
4. Teklif edilecek ürünün yüzey alanı 2,4 metrekare olmalıdır.
5. Membran yapısı PAES/PVP olmalıdır.
6. Teklif edilecek ürün buhar steril olmalıdır.
7. Teklif edilecek ürünün Perasadik asit, sodyum karbonat, sodyum hipoklorit ve sitrik asitle dezenfekte edilebilmeli ve rinse yapılabilmelidir.
8. Ürünün son kullanma tarihi alım tarihinden itibaren minimum 2 yıl ve üzeri olmalıdır.

Dr. Cafer AKDEMİR
H. Diyaliz Sorumlu Hekimi
D. Sertifika No: 3049
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Elif Esra UĞUZ UYGUN
Biyomedikal Mühendisi

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Sorumlu Hemşire
D. Sertifika No: 6739
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi