T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

26.10.2026

Sayı:
Konu: Şeker Stribi Alımı

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.10.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCİ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ŞEKER STRIBI ILE KANDA GLUKOZ TESTI		2.500	Adet		
					Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2026
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:
•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

GLUKOMETRE ŞEKER STRİBİ

1. Stripler biyosensör teknolojisi ile çalışmalıdır.
2. Stripleri kanı damlatmaya gerek duymadan stribin uç kısmından kapiller olarak çekilmelidir.
3. Stribin kanı emen bölümü şeffaf olmalı ve kanın emildiği bölüme yeterli kan dolup dolmadığı gözle görülebilmelidir.
4. Strip kan örneği uygulandığında yeterli kan örneğinin uygulandığını cihaza bildirecek teknolojiye sahip olmalıdır.
5. Her 500 stribe 1 adet strip ile uyumlu glukometre cihazı verilecektir. Glukometre cihazlarının içerisinde pil mevcut olacak olup ayrıca bunun dışında her cihaz için de yedek pil verilecektir.
6. Stripler 1,5 mikrolite kan örneği ile çalışabilmelidir.
7. Stripler üzerinde stribin cihaza takılacak bölümünü gösterir işaretler bulunmalıdır.
8. Stripler 50'lik veya 100'lük ambalajlarda olmalıdır.
9. Stripler toplam 10 sn içerisinde sonuç verebilir özellikte olmalıdır.
10. Stripler orijinal ambalajında olmalıdır. Kutu etiketleri üzerinde kod no, lot no, son kullanım tarihi, saklama koşulları ve kaç testlik ambalajda olduğu belirtilmelidir.
11. Stripler 4-30 °C sıcaklıkta saklanabilmelidir.
12. Strip kutularında nemlenmeyi önleyecek düzenekler bulunmalıdır.
13. Her kutunun içerisinde mutlaka bir kalibrasyon çubuğu bulunmalıdır.
14. Stripler dünyada gold standart kabul edilen YSİ sistemleri ile yapılan karşılaştırmalarda geçerli olan standartları yakalamış olmalıdır.
15. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (İki) yıl miadlı olmalıdır.
16. Son kullanma tarihinin geçmesine 3 ay kala bildirilen kullanılmamış tüm tıbbi sarf malzemeler yenisi ile değiştirilecektir.
17. Numune getirilmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Laboratuvar Sorumlusu
Gülcan USTAŞ

Laboratuvar Tekniker
Osman DEMİR