T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2026-84 27.10.2026
KONU : 1 Kalem Malzeme Alımı Hk.

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özelikleri belirtilen Mal-Hizmet Alım işi 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 30.10.2026 tarih saat 10:00'a kadar **tdhsatinalma@gmail.com** adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Okuman DFM 600 Defibrilatör Batarya	Adet	5		
				Toplam :	

Firma imza-kaşe

1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.
4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5.Alımlar https://agriithale.gov.tr/ e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

OKUMAN DFM 600 DEFİBRİLATÖR/MONİTÖR CİHAZI PİL-BATARYA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İşin konusu

Taşlıçay Devlet Hastanesi bünyesinde kullanılan OKUMAN DFM 600 defibrilatör/monitör cihazında kullanılmak üzere, kullanım ömrünü tamamlamış bataryanın yenisi ile değiştirilmesi amacıyla uygun pil/batarya teminidir.

2. Teknik özellikler

Temin edilecek batarya, mevcut OKUMAN DFM 600 defibrilatör/monitör cihazı ile tam uyumlu olacaktır.

Batarya, cihazın üretici tarafından belirlenen teknik özelliklerine uygun, yeni, kullanılmamış ve orijinal veya üretici tarafından uyumluluğu onaylanmış eşdeğer ürün olacaktır.

Bataryanın nominal gerilimi (V), kapasitesi (mAh/Ah), kimyasal yapısı ve bağlantı özellikleri cihazın üretici teknik dokümanına ve mevcut batarya bilgilerine uygun olacaktır.

Batarya, cihazın güvenli şekilde çalışmasını sağlayacak yeterli kapasitede olacak; cihazın şarj sistemiyle uyumlu olacaktır.

Bataryada şişme, akıntı, deformasyon, çatlak veya fiziksel hasar bulunmayacaktır.

Ürün, teslim tarihinde yeni üretim olacak; üretim tarihi ve garanti süresi belgelendirilecektir.

Batarya, cihazın batarya yuvasına ve elektriksel bağlantılarına uygun olacak; herhangi bir tadilat gerektirmeden takılabilecektir.

3. Garanti ve belgeler

Batarya için en az 2 yıl garanti verilecektir.

İstekli firma, ürünün teknik özelliklerini ve cihazla uyumluluğunu gösteren teknik dokümanı sunacaktır.

Ürün, ilgili mevzuatın gerektirdiği güvenlik ve uygunluk belgelerine sahip olacaktır.

4. Teslimat ve muayene-kabul

Ürün, hastanenin ilgili birimine teslim edilecektir.

Muayene ve kabul sırasında bataryanın model ve teknik özellikleri kontrol edilecektir.

Batarya cihaza takılarak şarj olma durumu, cihazın bataryadan çalışması ve gerekli fonksiyon kontrolleri yetkili teknik personel tarafından değerlendirilecektir.

Cihazla uyumsuz olduğu veya şartname koşullarını karşılamadığı tespit edilen ürün kabul edilmeyecektir.

5.Son hüküm

Bu şartnamede belirtilen özellikleri karşılamayan ürünler kabul edilmeyecektir. Kesin batarya tipi, gerilimi ve kapasitesi satın alma öncesinde cihazın üretici teknik dokümanı ve mevcut batarya etiketi üzerinden doğrulanacaktır.

Fatih ÇİÇEK
T.K.Y