T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

27.10.2026

Sayı:
Konu: 5 Kalem Tıbbi Cihaz Yedek Parçası Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.11.2026 saat: 10:00 'a kadar tutakdhsatinalma@outlook.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCİ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NEBÜLİZATÖR SOĞUK BUHAR HORTUMU		3	Takım		
2	NEBÜLİZATÖR CİHAZI SOĞUK BUHAR KRİSTALİ		4	Takım		
3	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ARA KABLOSU SPO2		1	Adet		
4	TIBBİ MONİTÖR SPO2 ÖLÇÜM PROBU PARMAK YETİŞKİN ÇOK KULLANIMLIK		1	Adet		
5	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ TANSİYON MANŞONU VE ARA KABLO BAĞLANTI TÜPÜ ÇİFT HORTUMLU		1	Takım		
					Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2026
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:
•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

HİKONEB 906 S/LCD BUHAR CİHAZI HORTUM SETİ VE KRİSTAL SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BUHAR CİHAZI HORTUM SETİ – 3 TAKIM

1. Teklif edilecek hortum seti, kurumumuzda kullanılmakta olan **Hikoneb 906 S/LCD marka/model ultrasonik buhar cihazı ile tam uyumlu** olmalıdır.
2. Hortum seti, cihazın orijinal bağlantı noktalarına herhangi bir ilave aparat, modifikasyon veya değişiklik gerektirmeden takılabilmeli ve kullanılabilmelidir.
3. Hortum, cihazın çalışma koşullarına ve nebulizasyon sistemine uygun, kaliteli ve dayanıklı medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Hortum seti, cihazın buhar çıkış sisteminde kullanılmaya uygun olmalı ve cihazın ürettiği buharın güvenli ve etkin şekilde hastaya iletilmesini sağlamalıdır.
5. Hortum malzemesi kullanım sırasında kıvrılma, ezilme ve deformasyona karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Hortum bağlantı uçları cihazın orijinal bağlantı sistemine uygun olmalı, kullanım sırasında gevşeme veya yerinden çıkma meydana gelmemelidir.
7. Hortum seti, cihazın normal çalışma performansını ve buhar çıkışını olumsuz yönde etkilememelidir.
8. Hasta ile temas eden veya hasta solunum yolundan geçen kısımlar, cihazın kullanım amacına uygun medikal nitelikte olmalıdır.
9. Hortum setinin temizleme ve sterilizasyon işlemlerine uygunluğu, üretici tarafından belirtilen kullanım koşullarını karşılamalıdır.
10. Teslim edilecek hortum setleri **yeni, kullanılmamış ve orijinal ürün** olmalıdır.
11. Her bir takım eksiksiz olarak teslim edilmeli ve kullanım için gerekli bağlantı parçaları set içerisinde bulunmalıdır.
12. En az 1 yıl garantili olacaktır.

SOĞUK BUHAR CİHAZI KRİSTAL SETİ – 4 TAKIM

1. Teklif edilecek kristal seti, kurumumuzda kullanılmakta olan **Hikoneb 906 S/LCD marka/model ultrasonik buhar cihazı ile tam uyumlu** olmalıdır.
2. Kristal seti, cihazın orijinal osilatör/kristal sistemi ile uyumlu olmalı ve cihaz üzerinde herhangi bir modifikasyon gerektirmeden monte edilebilmelidir.
3. Kristal, cihazın ultrasonik nebulizasyon sisteminde sıvının aerosol/buhar haline getirilmesini sağlayan sistemle uyumlu olmalıdır.
4. Kristal seti, **soğuk buhar üretiminde kullanılmaya uygun** olmalıdır.
5. Kristal seti, Hikoneb 906 S/LCD cihazının çalışma frekansı ve teknik özellikleri ile uyumlu olmalıdır.
6. Kristal setinin montajı ve değişimi cihazın mevcut yapısına uygun şekilde yapılabilmeli ve cihazın normal çalışma düzenini bozmamalıdır.
7. Kristal seti, cihazın nebulizasyon kapasitesinin üretici tarafından öngörülen çalışma aralığında kullanılmasına olanak sağlamalıdır.
8. Kristal seti kullanım sırasında cihazın haznesine ve diğer sistem bileşenlerine zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
9. Kristal seti dayanıklı ve uzun süreli kullanıma uygun malzemeden üretilmiş olmalıdır.
10. Teslim edilecek kristal setleri **yeni, kullanılmamış ve orijinal ürün** olmalıdır.
11. Kristal setinin montajı sonrasında cihazda hata, kaçak, anormal ses veya çalışma performansında düşüş meydana gelmemelidir.
12. Gerekli olması halinde yüklenici/tedarikçi tarafından kristal setinin cihaz üzerine montajı ve çalışır durumda teslimi sağlanmalıdır.
13. Teslim edilen kristal setlerinin **Hikoneb 906 S/LCD marka/model cihazla uyumluluğu** tedarikçi tarafından garanti edilmelidir.
14. En az 1 yıl garantili olacaktır.

Özlem Kılıç
Sağlık Hizmetleri

NIHON KOHDEN BSM-2351K HASTABAŞI MONITÖRÜ İÇIN YEDEK PARÇA ALIMI

TEKNIK ŞARTNAMESI

1. SPO2 ARA KABLOSU — 1 ADET

1. Kablo, Nihon Kohden marka BSM-2351K model hastabaşı monitöründe SpO2 ölçümü için kullanılmaya uygun olacaktır.
2. Monitör ile yetişkin SpO2 probu arasında bağlantı sağlayacak; cihazın SpO2 girişine ve kullanılacak probun bağlantı tipine fiziksel ve elektriksel olarak tam uyumlu olacaktır.
3. Bağlantı uçları sağlam, kilitleme/oturma mekanizması çalışır durumda ve temas noktaları oksitlenme, eğilme veya gevşeme içermeyen yapıda olacaktır.
4. Kablo, hasta hareketi ve rutin klinik kullanım sırasında bağlantının kesilmesine veya ölçüm sinyalinin kararsızlaşmasına neden olmayacak dayanıklı ve esnek yapıda olacaktır.
5. Kablo dış yüzeyinde çatlak, ezilme, soyulma, kesik veya açıkta iletken bulunmayacaktır; kablo ve konnektörler temizlenebilir ve sağlık ortamında kullanıma uygun olacaktır.
6. Ürün yeni, kullanılmamış ve çalışır durumda teslim edilecektir. Muadil ürün teklif edilmesi halinde BSM-2351K cihazı ve teklif edilen prob ile uyumluluk belgelenmeli; teslim öncesinde idarenin onayı alınmalıdır.

2. YETİŞKİN SpO2 PROBU — 1 ADET

1. Prob, Nihon Kohden BSM-2351 K hastabaşı monitöründe ve temin edilecek SpO2 ara kablosuyla birlikte kullanılmaya uygun, yetişkin hastalara yönelik olacaktır.
2. Parmak tipi, noninvaziv oksijen satürasyonu (SpO2) ve nabız ölçümü yapabilen, tekrar kullanılabilir yetişkin sensörü olacaktır; farklı hasta gruplarına ait (çocuk/yenidoğan) prob teslim edilmeyecektir.
3. Probun konnektörü ara kabloya tam oturacak ve ölçüm sırasında kendiliğinden çıkmayacaktır. Bağlantı tipi, pin yapısı ve sensör teknolojisi cihazla uyumlu olacaktır.
4. Sensör, yetişkin parmak anatomisine uygun tasarıma sahip olacak; normal kullanımda parmağa aşırı baskı uygulamadan sabit duracak ve ölçüm sinyalinin alınmasını sağlayacaktır.
5. Sensör kablosu esnek, günlük klinik kullanıma dayanıklı ve bağlantı noktalarında kırılma/temassızlık oluşturmayacak nitelikte olacaktır.
6. Ürün üzerinde üretici/ürün tanımlaması bulunacak; tekrar kullanılabilir ürünlerin temizliği ve dezenfeksiyonu üretici talimatlarına uygun yapılabilecektir.
7. Ürün yeni ve kullanılmamış olacaktır. Cihazla uyumluluk, üretici dokümanı veya tedarikçi uyumluluk beyanı ile gösterilecek; uyumsuzluk nedeniyle ölçüm alınamaması halinde ürün uygun ürünle değiştirilecektir.
8. En az 1 yıl garantili olacaktır.

3. YETİŞKİN TANSİYON MANŞONU VE ARA KABLOSU — 1 TAKIM

1. Takım, Nihon Kohden BSM-2351K hastabaşı monitörünün noninvaziv kan basıncı (NIBP) girişine uyumlu yetişkin tansiyon manşonu ile bağlantı hortumundan oluşacaktır.
2. Manşon yetişkin hastalarda sistolik, diyastolik ve ortalama kan basıncı ölçümlerinde kullanılmaya uygun olacaktır.
3. Manşon, yetişkin kol çevresine uygun ölçü aralığında olacaktır. Kol çevresi aralığı ürün üzerinde veya ürün etiketinde açıkça belirtilecek; teslim edilen manşonun ölçüsü idare tarafından kontrol edilebilecektir.
4. Manşonun iç hava kesesi ve dış kılıfı sağlam, hava kaçırmayan ve klinik kullanıma uygun malzemeden üretilmiş olacaktır. Cırtlı sabitleme sistemi kullanım sırasında açılmayacak şekilde tutuş sağlayacaktır.
5. Manşon, hortum ve bağlantı konnektörleri birlikte ve takım halinde teslim edilecektir. Hortum/ara kablo, BSM-2351K cihazının NIBP bağlantısına uygun olacak; bağlantı uçları hava kaçağına ve yanlış bağlantıya neden olmayacaktır.
6. Hortum esnek, bükülmeye karşı dayanıklı ve normal kullanımda hava akışını engellemeyecek uzunlukta olacaktır. Hortumda çatlak, ezilme, delinme veya bağlantı gevşekliği bulunmayacaktır.
7. Manşon ve hortum tekrar kullanılabilir nitelikte ise üretici talimatlarına uygun temizlenebilir/dezenfekte edilebilir olacaktır. Üretici tarafından belirlenen temizlik ve kullanım talimatları ürünle birlikte verilecektir.
8. Ürün yeni ve kullanılmamış olacaktır. Muadil ürün teklifinde cihaz bağlantısı ve uyumluluk üretici dokümanı veya tedarikçi beyanıyla belgelenecek; uyumsuz ürün kabul edilmeyecektir.
9. En az 1 yıl garantili olacaktır.

Özlem Kılıç
S. Hemşire