T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

28.10.2026

Sayı:
Konu: 4 ADET BİYOMEDİKAL YEDEK PARÇA MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden **02.11.2026 10:30 'a** AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Satın Alma Biriminin **agriagizdis@gmail.com** adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

Selami OĞLU
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FİZYODİSPENSER CİHAZI ANGULDURVASI			4	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2026
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:
•Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

CERRAHİ FİZYODİSPENSER ANGULDURVASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler ve Gövde Yapısı

- **Gövde Malzemesi:** Anguldurva bütünüyle **%100 yüksek kaliteli paslanmaz çelikten** veya çizilmeye karşı dayanıklı özel kaplamalı cerrahi alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
- **Ergonomi:** Cerrahi işlemler sırasında hekimin elini yormayacak hafif ve ergonomik bir tasarıma sahip olmalıdır.
- **Kafa Sızdırmazlığı:** Cihazın kafa kısmında, içeriye kan, kemik partikülleri veya kir girişini engelleyen özel bir **sızdırmazlık koruma sistemi** bulunmalıdır.
- **Markalama:** Üzerinde üretici firmanın markası, modeli, seri numarası, CE logosu ve sterilizasyon sembolleri kalıcı ve silinmeyecek şekilde yer almalıdır.

2. Teknik Performans ve Çalışma Değerleri

- **Redüksiyon (Hız Azaltma) Oranı:** İmplant cerrahisine uygun olarak **20:1 redüksiyon oranına** (yeşil kuşak) sahip olmalıdır.
- **Tork Dayanımı:** Yüksek tork gerektiren implant uygulamalarına uygun olarak en az **70-80 Ncm tork gücüne** kadar güvenle dayanabilmelidir.
- **Hız Aralığı:** Fizyodispenser motoru ile uyumlu çalışarak cerrahi esnasında stabil ve sarsıntısız dönüş performansı sağlamalıdır.
- **Frez Değişme Sistemi:** Frez takma ve çıkarma işlemi **press-buton (basmalı)** mekanizma ile kolayca yapılabilmelidir.

3. Soğutma ve Aydınlatma Sistemi

- **İçten ve Dıştan Soğutma:** Anguldurva fizyolojik serum ile soğutma yapabilmek için hem **içten (frez içi / Kirschner-Meyer)** hem de **dıştan sprey hatlı** çift soğutma sistemine sahip olmalıdır.
- **Sprey Klipsleri:** Temizlik ve tuz kristallerinin arındırılması amacıyla sprey klipsleri sökülebilir ve değiştirilebilir olmalıdır.

4. Sterilizasyon ve Hijyen

- **Otoklavlanabilme:** Anguldurva en az **135°C (275°F) buhar otoklavında** defalarca steril edilmeye uygun olmalıdır.
- **Termal Dezenfeksiyon:** Cihaz tıbbi yıkama ve termal dezenfeksiyon makinelerinde yıkanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- **Demontaj:** Detaylı hijyenik temizlik için alet kullanmadan sökülebilir ve kolayca bakımı yapılabilir yapıda olmalıdır.

5. Garanti ve Belgeler

- Ürün **CE belgesine** sahip olmalıdır.
- İmalat ve işçilik hatalarına karşı en az **2 (iki) yıl garanti** kapsamında olmalı, distribütör firma tarafından en az 10 yıl yedek parça sağlama garantisi verilmelidir.

Atilla Söğüt
Teknisyen

Emrah Sabuncu
Teknisyen