T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Ağrı İli Sağlık Müdürlüğü
Taşlıçay Devlet Hastanesi

SAYI : 2026-87 04.11.2026
KONU : Sarf Malzeme Alımı Hk.

Sağlık Tesisimizde kullanmak üzere İhtiyaç duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Teknik Şartnamede Özelikleri belirtilen Mal-Hizmet Alım işi4734 sayılı kamu ihale kanunun 22/d maddesi kapsamında alınacak olup; Söz Konusu işin KDV hariç birim ve Toplam fiyatının 10.11.2026 tarih saat 10:00'a kadar **tdhsatinalma@gmail.com** adresine, posta yolu ile ve ya elden belirtilen adreslerden birine göndermenizi rica ederim.

Ahmet ARAS
İdari ve Mali İşler Müdürü

S.NO	ALINACAK MAL/HİZMETİN ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTAR
1	Dil Basacağı	Adet	20.000		
2	Gazlı Bez 90x100 Cm	Adet	20		
3	%10 Antiseptik Solüsyon 1000cc	Adet	25		
4	Alçı Altı Pamuğu 15cmx2m	Adet	400		
5	Sargı Bezi 15cmx10m	Adet	400		

Firma imza-kaşe

1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersiz sayılacaktır.
3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilecektir.
4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
5.Alımlar https://agriithale.gov.tr/ e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.
6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.
7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.
8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl gerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9.Teknik Şartname ektedir.
10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünlerinin yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

Transit Cad. Yavuz Selim İlköğretim Okulu Karşısı/TAŞLI ÇAY Ayrıntılı Bilgi için. İrtibat:Ahmet ÜNVER Telefon : 0472 551 33 05 Faks: (0472 551 33 07) e-posta:tdhsatinalma@gmail.com

ABESLANG (DİL BASACAĞI)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Tahtadan imal edilmiş olmalı ve ağız içi mukozayı tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

2-Tahtanın yüzeyi tırtıksız, olmalı ve yanları tornadan geçmiş olmalıdır.

3-Kokusuz ve temiz olmalıdır.

4-Esnek olmamalıdır.

5-Dil üzerine konup bastırıldığında kırılmamalıdır.

6-15 cm uzunluğunda, 2 cm ± 2 mm genişliğinde olmalıdır.

7-Tekli temiz paketlerde ve 100?lük kutu içinde bulunmalıdır.

8-Numune değerlendirilerek karar verilecektir.

Ecz. Tek. Mehmet BİÇER

HİDROFİL GAZLI BEZ 90*100 CM 20 TEL RULO TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bir santimetrekaredeki atkı ve çözgü sayısı yirmi telden imal edilmiş olmalıdır.

2. Ambalaj üzerinde imal eden firma adı okunur ve görünür şekilde olmalıdır.

3. Gazlı bez suyu emmelidir ve %100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

4. Gazlı bez elyaf içermemelidir.

5. Teklif edilen üründen en az 1(bir) metre numune ihale esnasında sunulmalıdır.

6. Gazlı bez topları nem almayacak ve kirlenmeyecek şekilde naylon torba içinde olmalıdır.

7. 90*100 cm ebadında zikzak olarak katlanmış olmalıdır.

8. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürün için T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına(TİTUBB)veya UTS kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi malzemelerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından onaylı olması gerekmektedir.

9. Ürünlerin teslim tarihinden itibaren, imalat ile son kullanma tarihi arasında 2 yıl miada sahip olmalıdır. Yüklenici bu süre içerisinde kullanılmayan malzemeyi, miadının bitmesine son 3 ay kala yeni miatlı ürünle değiştireceğini belgelemelidir.

Ecz. Tek. Mehmet BİÇER

% 10 ANTİSEPTİK SOLUSYON 1000 cc.BATTİCON, TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Ürün bakterisid, virüsid, fungusid ve protozoid özelliğe sahip olmalıdır.

2.Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı,

allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.

3.1000 cclik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde (yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığı), kırılmaya dayanıklı (plastik) şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.

4.Ürün alkol içermemelidir.Açıldıktan sonra en az 30 gün etkinliğini korumalıdır.

5.Cilde sürüldüğünde su gibi akıp gitmemeli, ciltte antiseptik özelliğe sahip bir film tabaka oluşturmalıdır.

6.Solüsyonu dökerken, kilitli kapağın çevresinden sızdırarak,şişenin dışından süzülerek akmamalıdır.

7.Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.

8.Ürünün SSYB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün geri alınıp, toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktarda firma değiştirmelidir.

9.Firma tüketilmemiş ürünü fiyat artışı gözetmeksizin son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu solüsyonun şartnameye uygun yeni miatlıları ile en geç 15 gün içinde değiştirmelidir.

10.Siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle son kullanma tarihlerinin dolmasına en az 2 yıl olmalı, teslim edilen ürünler son kullanma tarihi karışık olmamalıdır.

11.Teklif edilen ürün, Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal ruhsatlı olacaktır.

12.Numune görülecektir.

13.Tehlikeli madde ADR sınıfında olan ürün kapsamında etiketleme işlemleri yapılmış olmalıdır.



ALÇI ALTI PAMUĞU – DOĞAL
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- %100 doğal liflerden yapılmış olmalıdır.
- Her bandaj güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde su ve nem geçirmez özel naylon paketler içerisinde ve tek tek koruyucu film ambalajlara sarılı olacaktır.
- Bandajlar **%100** esnekliğe sahip olmalıdır.
- Bandajların ortalama ağırlıkları **80gr/m2** olmalıdır.
- Beyaz renkte, kir, yağ vb. leke içermemelidir.
- **CE belgesine** sahip olacak,
- Ebatları : 5cm x 2,7m
  7,5cm x 2,7m
  10cm x 2,7m
  15cm x 2,7m
  20cm x 2,7m olacaktır.
- Ekli numune evsafına uygun olacaktır.

Ecz. Tek. Mehmet BİÇER

SARGI BEZİ 15*10M TEKNİK ŞARTNAMESİ

- **Boyut:** Ürün 15 cm eninde ve 10 metre uzunluğunda rulo şeklinde olmalıdır.
- **Hammadde:** En az %80 ila %100 saf pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.
- **Renk ve Temizlik:** Sargı bezi doğal beyaz renkte, temiz, kokusuz ve nemsiz olmalıdır. Üzerinde kir, yağ lekesi, elyaf artığı, yabancı cisim, dikiş, ek yeri veya kaçmış iplik bulunmamalıdır.
- **İplik Sıklığı:** 1 cm^2'lik alanda atkı ve çözgü teli sayısı teknik standartlara göre en az 18 ila 20 tel aralığında olmalıdır.
- **Kenar Yapısı:** Sargı bezi düzgün sarılmış olmalı; kenarlarında yırtık, sökük veya iplik sarkmaları yer almamalıdır.
- **Emicilik:** Yüksek hidrofilitesi (su emici özelliği) sayesinde yaralanmalarda kullanılan pansuman malzemesinin emiciliğine tam deste sağlamalıdır.
- **Kesilebilirlik:** Kolayca kesilebilir veya koparılabilir yapıda olmalı, koparılan yerlerde liflenme veya dokuma bozukluğu (deformite) oluşmamalıdır.
- **Ambalajlama:** Ürünler nem ve suya karşı koruyucu, hijyenik tekli ambalajlarda teslim edilmelidir. [